

項目名称	単位	共通基準値	男性基準値	女性基準値	備考
AST	IU/L	13-30			2024.12.2～基準値変更(JCCLS採用)
ALT	IU/L		10-42	7-23	2024.12.2～基準値変更(JCCLS採用)
ALP(IFCC)	IU/L	38-113			2021.4～測定方法変更、2024.12.2～基準値変更(JCCLS採用)
LD(IFCC)	IU/L	124-222			2021.4～測定方法変更、2024.12.2～基準値変更(JCCLS採用)
γ-GTP	IU/L		13-64	9-32	2024.12.2～基準値変更(JCCLS採用)
総ビリルビ	mg/dl	0.4-1.5			2024.12.2～基準値変更(JCCLS採用)
直接ビリル	mg/dl	0.0-0.4			2026.4～基準値変更
コリンエステラーゼ	IU/L		240-486	201-421	2024.12.2～基準値変更(JCCLS採用)
総蛋白	g/dl	6.6-8.1			2024.12.2～基準値変更(JCCLS採用)
アルブミン	g/dl	4.1-5.1			2024.12.2～基準値変更(JCCLS採用)
総コレステロール(T-CHO)	mg/dl	142-248			2022.4～基準値変更
中性脂肪(TG)	mg/dl	30-149			2022.4～測定方法変更
HDL-CHO	mg/dl		38-90	48-103	2024.12.2～基準値変更(JCCLS採用)
LDL-CHO	mg/dl	65-163			2024.12.2～基準値変更(JCCLS採用)
Na	mmol/L	138-145			2026.4～単位変更
K	mmol/L	3.6-4.8			2026.4～単位変更
Cl	mmol/L	101-108			2026.4～単位変更
Ca	mg/dl	8.8-10.1			2024.12.2～基準値変更(JCCLS採用)
無機リン(IP)	mg/dl	2.7-4.6			2022.4～基準値変更
尿素窒素(BUN)	mg/dl	8-20			2022.4～測定方法変更、基準値変更
クレアチニン(CRE)	mg/dl		0.65-1.07	0.46-0.79	2022.4～基準値変更
尿酸(UA)	mg/dl		3.7-7.8	2.6-5.5	2022.4～測定方法変更、基準値変更
血清アミラーゼ	IU/L	44-132			2024.12.2～基準値変更(JCCLS採用)
尿アミラーゼ	IU/L	50-500			2026.4～基準値変更
血清鉄	μg/dl	40-188			2024.12.2～基準値変更(JCCLS採用)
UIBC	μg/dl		170-250	180-270	2026.4～基準値変更
TIBC	μg/dl		260-390	240-410	
フェリチン	ng/ml		13-277	5-152	2026.4～基準値変更
Mg	mg/dl	1.8-2.3			2026.4～基準値変更
CK	IU/L		59-248	41-153	2024.12.2～基準値変更(JCCLS採用)
CK-MB	ng/mL	<=5.0			2019.4～基準値変更
高感度トロポニンI	pg/ml	<26.2			(旧)トロポニンT定性
NT-proBNP	pg/ml	125以下			2025.9.1～BNPから切り替え
血糖(血清)(随時)	mg/dl	70-140			2018.4～基準値変更
eGFR	ml/min/1.7	>=90.0			
HbA1c(NGSP)	%	4.9-6.0			2024.12.2～基準値変更(JCCLS採用)
血糖(随時)	mg/dl	70-140			2018.4～
浸透圧(血)	mOsm/L	275-290			2026.4～基準値変更
浸透圧(尿)	mOsm/L	50-1300			2026.4～基準値変更
CRP	mg/dl	0.00-0.14			2024.12.2～基準値変更(JCCLS採用)
IgE	IU/ml	<=270			
HBsAg		(-)			
HBsAg C.O	IU/ml	<0.05			2026.4～基準値変更
HBsAb精密		(-)			
HBsAb定量	mIU/ml	<10.0			
HCVAb		(-)			
HCV C.O.I	S/CO	<1.0			
TP定性		(-)			
TP 定量	C.O.I	<0.5			2019.4～基準値変更
HIV Ag/Ab		(-)			
HIV C.O.I	S/CO	<1.0			
HIV 判定		(-)			
プロカルシトニン	ng/ml	<=0.05			2026.4～基準値変更
KL-6	U/ml	98-313			2026.4～基準値変更
CEA	ng/ml	<=5.0			
AFP	ng/ml	<=8.8			2026.4～基準値変更
CA19-9	U/ml	<=37			
PSA	ng/ml	<=4.0			2026.4～基準値変更
CYFRA	ng/ml	<=2.1			2026.4～基準値変更
ProGRP	pg/ml	<=80			2026.4～基準値変更
TSH	μIU/ml	0.61-4.23			2025.6.1～IFCCに變更
Free T4	ng/dl	0.70-1.48			2026.4～基準値変更
Free T3	pg/ml	1.68-3.67			2021.4～基準値変更
血中アンモニア	μg/dl	<=75			
パンコマイシン	μg/ml	10.0-15.0			
フェニトイン	μg/ml	10.0-20.0			
フェノバルビター	μg/ml	10.0-40.0			2026.4～基準値変更
バルプロ酸	μg/ml	50.0-100.0			
カルバマゼピン	μg/ml	4.0-12.0			2026.4～基準値変更
WBC	X10 ³ /μl	3.3-8.6			2024.9.18～基準値変更(JCCLS採用)
RBC	X10 ⁶ /μl		4.35-5.55	3.86-4.92	2024.9.18～基準値変更(JCCLS採用)
HGB	g/dl		13.7-16.8	11.6-14.8	2024.9.18～基準値変更(JCCLS採用)
HCT	%		40.7-50.1	35.1-44.4	2024.9.18～基準値変更(JCCLS採用)
MCV	fl	83.6-98.2			2024.9.18～基準値変更(JCCLS採用)
MCH	pg	27.5-33.2			2024.9.18～基準値変更(JCCLS採用)
MCHC	%	31.7-35.3			2024.9.18～基準値変更(JCCLS採用)
PLT	X10 ³ /μl	158-348			2024.9.18～基準値変更(JCCLS採用)
平均血小板容積(MPV)	fl	8.9-12.1			2024.9.18～基準値変更(JCCLS採用)
血小板粒度分布(PDW)	%	9.1-16.3			2024.9.18～基準値変更(JCCLS採用)
LYMPH%	%	20.8-52.7			2024.9.18～基準値変更(JCCLS採用)
MONO%	%	4.5-10.6			2024.9.18～基準値変更(JCCLS採用)
NEUT%	%	36.0-69.5			2024.9.18～基準値変更(JCCLS採用)
EO%	%	0.5-8.8			2024.9.18～基準値変更(JCCLS採用)
BASO%	%	0.2-1.7			2024.9.18～基準値変更(JCCLS採用)
網状赤血球(RET%)	%	0.8-0.2			2024.9.18～基準値変更(JCCLS採用)
血沈1h	mm/h		2-10	3-15	
PT(秒)	秒	14以下			2026.4～基準値変更
PT(%)	%	80-120			2026.4～基準値変更
PT(INR)		0.85-1.15			2026.4～基準値変更
APTT	秒	24-39			2026.4～基準値変更
Fib	mg/dl	200-400			2026.4～基準値変更
AT-III	%	85.2-125.6			2026.4～基準値変更

Dダイマー	$\mu\text{g/ml}$	≤ 1.0			
血中FDP	$\mu\text{g/ml}$	≤ 5.0			
比重		1.001-1.030			2026.4～基準値変更
pH		7.35-7.45			2026.4～基準値変更
尿糖定性		(-)			
尿糖半量	mg/dl				
尿蛋白性		(-)			
尿蛋白半	mg/dl				
潜血反応		(-)			
ケトン体		(-)			
ビリルビン		(-)			
ウロビリ	E単位/dl	≤ 1.0			
亜硝酸塩		(-)			
WBC反応		(-)			

南岡山医療センター

2026.4現在